

Data 21 SET. 2017

EIXIDA 40377/28

N^a Ref.: DGFPS/SOCVPP/JM/SOCM/MN/as

ASUNTO: Alerta Productos Sanitarios 2017-492: Retirada del mercado de determinados modelos y lotes de las lentes intraoculares plegables Lentis debido a la posibilidad de que se produzca la opacificación de la lente.

PRODUCTO: Lentes intraoculares plegables Lentis, modelos que empiezan por L-, LU-, o LSN

Adjunto se remite, para su conocimiento y efectos oportunos, la Alerta de Productos Sanitarios **2017-492** de la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Según los datos facilitados su centro cuenta con los productos afectados
Se adjunta nota de aviso de la empresa

Valencia, 21 de septiembre de 2017

EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS



Fdo.: Julio Muelas Tirado