



ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA	FECHA
2017-492	PS/CV/PPR/41460	19/09/2017
PRODUCTO Lentes intraoculares plegables Lentis, modelos que empiezan por L-, LU-, o LS-		
Nº LOTE Todos los lotes cuya fecha de caducidad esté comprendida entre 2017-01 y 2020-05		
FABRICANTE Oculentis BV, Holanda		
DISTRIBUIDOR Topcon España S.A., calle Frederic Mompou 4 Escalera B Bajos 3ª, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)		
ASUNTO Retirada del mercado de determinados modelos y lotes de las lentes intraoculares plegables Lentis debido a la posibilidad de que se produzca la opacificación de la lente.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna